Manuell strekktester 0-490N for kabelledning WPM-490N

Model No. WPM-490N



SPECIFICATIONS

Testområde	0-490N
Inventartype	5,10,20,30,50
Grep slipper slag	70 mm
Klemmeklemme slag	9 mm
Chuck-justering	10 mm
Vekt	20 kg
Dimensjon	600*185*190 mm

Manuell strekktester, strekkfasthetstester, trådledningsspenningstester, Elmendorf rivestyrketester
1. Test strekkfastheten til elektrisk ledning og optisk leder;
2. Test klemmekraften til ledningen og terminalen;
3. Test den faste kraften til terminalen og isolatoren;
4. Test forbindelseskraften til skjøtet eller koblingen.

Testområde 0-490N
Inventartype 5,10,20,30,50
Grep slipper slag 70 mm
Klemmeklemme slag 9 mm
Chuck-justering 10 mm
Vekt 20 kg
Dimensjon 600*185*190 mm
Manuell strekktester